



### **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Περιγραφή            | MacConkey Agar No.3 90mm 1x10 |
| Κωδικός              | 700-103-AC09010               |
| Αριθμός Παρτίδας     | 241296                        |
| Ημερομηνία Παραγωγής | 23/10/2024                    |
| Ημερομηνία Λήξης     | 25/01/2025                    |

| <b>Φυσικά Χαρακτηριστικά</b> | <b>Αποτέλεσμα</b> | <b>Προδιαγραφή</b> |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Χρώμα - εμφάνιση             | αποδεκτό          | διαυγές ροζέ       |
| pH (25°C)                    | 7,3               | 7,0 – 7,4          |
| Ποσότητα Διαμοιρασμού        | αποδεκτό          | 20 ± 2 gr          |
| Ομοιομορφία Κατανομής        | αποδεκτό          | ομοιόμορφο βάθος   |
| Ελαστικότητα                 | αποδεκτό          | υψηλή              |
| Επιφάνεια                    | αποδεκτό          | επίπεδη            |

| <b>Παράμετρος</b>                                   | <b>Αποτέλεσμα</b> | <b>Προδιαγραφή</b>  | <b>Μεθοδολογία</b>                |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|
| <i>E. coli</i><br>ATCC®25922<br>36°C / 24 hrs       | αποδεκτό          | καλή ανάπτυξη<br>κόκκινες αποικίες /<br>κόκκινη άλω                       | παράλληλων γραμμών<br>(streaking) |
| <i>P. aeruginosa</i><br>ATCC®27853<br>36°C / 24 hrs | αποδεκτό          | καλή ανάπτυξη<br>μπεζ αποικίες  | παράλληλων γραμμών<br>(streaking) |
| <i>P. mirabilis</i><br>ATCC®29906<br>36°C / 24 hrs  | αποδεκτό          | καλή ανάπτυξη<br>γυαλιστερές μπεζ – καφέ<br>αποικίες<br>αναστολή ερπισμού | παράλληλων γραμμών<br>(streaking) |
| <i>E. faecalis</i><br>ATCC®19433<br>36°C / 24 hrs   | αποδεκτό          | πλήρης αναστολή   | παράλληλων γραμμών<br>(streaking) |

Σελίδα 1 από 2



| Παράμετρος  | Αποτέλεσμα | Προδιαγραφή           | Μεθοδολογία   |
|---|------------|-----------------------|---|
| <i>E. faecalis</i><br>ATCC®29212<br>36°C / 48 hrs | αποδεκτό   | πλήρης αναστολή       | παράλληλων γραμμών<br>(streaking)   |
| <i>S. aureus</i><br>ATCC®25923<br>36°C / 24 hrs   | αποδεκτό   | πλήρης αναστολή       | παράλληλων γραμμών<br>(streaking)   |
| Έλεγχος<br>επιμολύνσεων                           | αποδεκτό   | εντός αποδεκτών ορίων | σύμφωνα με το EN ISO<br>12322:1999 και<br>δειγματοληψία σύμφωνα<br>με το ISO 2859-1 |

Αριθμός Πιστοποιητικού Ελέγχου Εργαστηρίου Αναφοράς: 241009

Η παραγωγή του προϊόντος έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015.

Ο έλεγχος ποιότητας του τελικού προϊόντος (έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών και οι μικροβιολογικές αναλύσεις) διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12322:1999 και EN ISO 11133:2014, σε εργαστήριο διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ σε Μικροβιολογικές Αναλύσεις. Τα ανωτέρω αποτελέσματα προέρχονται από τον έλεγχο αντιπροσωπευτικού δείγματος της παρτίδας ο οποίος διενεργήθηκε πριν την απελευθέρωση της παρτίδας.

**Ημερομηνία:** 31/10/2024

**Υπογραφή:**

**Όνοματεπώνυμο:** Άγγελος - Βύρων Αρναούτης

**Θέση:** Δ/νων Σύμβουλος

Σελίδα 2 από 2