



### **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Περιγραφή            | Columbia Blood Agar with Horse Blood 90mm 1 x 10 |
| Κωδικός              | 700-A0041BX                                      |
| Αριθμός Παρτίδας     | 252356                                           |
| Ημερομηνία Παραγωγής | 22/12/2025                                       |
| Ημερομηνία Λήξης     | 16/02/2026                                       |

| Φυσικά Χαρακτηριστικά | Αποτέλεσμα | Προδιαγραφή       |
|-----------------------|------------|-------------------|
| Χρώμα - εμφάνιση      | αποδεκτό   | Αδιαφανές κόκκινο |
| pH (25°C)             | 7,1        | 7,1 – 7,5         |
| Ποσότητα Διαμοιρασμού | αποδεκτό   | 20 ± 2 gr         |
| Ομοιομορφία Κατανομής | αποδεκτό   | ομοιόμορφο βάθος  |
| Ελαστικότητα          | αποδεκτό   | υψηλή             |
| Επιφάνεια             | αποδεκτό   | επίπεδη           |

| Παράμετρος                                         | Αποτέλεσμα | Προδιαγραφή                                             | Μεθοδολογία                       |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>E. coli</i><br>ATCC®25922<br>36°C / 24 hrs      | αποδεκτό   | καλή ανάπτυξη<br>λευκές / γκρι αποικίες                 | παράλληλων γραμμών<br>(streaking) |
| <i>S. aureus</i><br>ATCC®25923<br>36°C / 24 hrs    | αποδεκτό   | καλή ανάπτυξη<br>λευκές / γκρι αποικίες                 | παράλληλων γραμμών<br>(streaking) |
| <i>P. aeruginosa</i><br>ATCC®9027<br>36°C / 24 hrs | αποδεκτό   | καλή ανάπτυξη<br>γκρι γυαλιστερές αποικίες              | παράλληλων γραμμών<br>(streaking) |
| <i>S. pyogenes</i><br>ATCC®19615<br>36°C / 24 hrs  | αποδεκτό   | καλή ανάπτυξη<br>απαλές κίτρινες αποικίες<br>β-αιμόλυση | παράλληλων γραμμών<br>(streaking) |

Σελίδα 1 από 2

### **ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
Α.Φ.Μ.: 094178060, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Γ.Ε.ΜΗ.: 386501000,  
Θερμοπυλών 4, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 68 54 400, Fax: 210 68 58 303  
<http://www.arnaoutis.gr>, e-mail: [info@arnaoutis.gr](mailto:info@arnaoutis.gr)  
Αρ. Μητρώου Παραγωγών (ΑΜΠ): 7985



| Παράμετρος                                                | Αποτέλεσμα | Προδιαγραφή                                             | Μεθοδολογία                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>S. aureus ssp aureus</i><br>ATCC®6538<br>36°C / 24 hrs | αποδεκτό   | καλή ανάπτυξη<br>κίτρινες αποικίες<br>β-αιμόλυση        | παράλληλων γραμμών<br>(streaking)                                                   |
| <i>S. pneumoniae</i><br>ATCC®6305<br>36°C / 48 hrs        | αποδεκτό   | καλή ανάπτυξη<br>γκρι / πράσινες αποικίες<br>α-αιμόλυση | παράλληλων γραμμών<br>(streaking)                                                   |
| Έλεγχος<br>επιμολύνσεων                                   | αποδεκτό   | εντός αποδεκτών ορίων                                   | σύμφωνα με το EN ISO<br>12322:1999 και<br>δειγματοληψία σύμφωνα με<br>το ISO 2859-1 |

Αριθμός Πιστοποιητικού Ελέγχου Εργαστηρίου Αναφοράς: 231215 25

Η παραγωγή του προϊόντος έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.  
σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015.

Ο έλεγχος ποιότητας του τελικού προϊόντος (έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών και οι  
μικροβιολογικές αναλύσεις) διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12322:1999 και EN ISO  
11133:2014, σε εργαστήριο διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ σε Μικροβιολογικές Αναλύσεις.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα προέρχονται από τον έλεγχο αντιπροσωπευτικού δείγματος της  
παρτίδας ο οποίος διενεργήθηκε πριν την απελευθέρωση της παρτίδας.

**Ημερομηνία:** 29/12/2025

**Υπογραφή:**

**Ονοματεπώνυμο:** Άγγελος - Βύρων Αρναούτης

**Θέση:** Δ/νων Σύμβουλος

Σελίδα 2 από 2

**ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α.Φ.Μ.: 094178060, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Γ.Ε.ΜΗ.: 386501000,

Θερμοπυλών 4, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 68 54 400, Fax: 210 68 58 303

<http://www.arnaoutis.gr>, e-mail: [info@arnaoutis.gr](mailto:info@arnaoutis.gr)

Αρ. Μητρώου Παραγωγών (ΑΜΠ): 7985