



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Περιγραφή	Mueller Hinton Agar 90mm 1x10
Κωδικός	700-A0010WX
Αριθμός Παρτίδας	261077
Ημερομηνία Παραγωγής	18/03/2026
Ημερομηνία Λήξης	10/06/2026

Φυσικά Χαρακτηριστικά	Αποτέλεσμα	Προδιαγραφή
Χρώμα - εμφάνιση	Αποδεκτό	Διαυγές κίτρινο
pH (25°C)	7,3	7,2 – 7,4
Ποσότητα διαμοιρασμού	Αποδεκτό	25 ± 2 gr
Ομοιομορφία Κατανομής	Αποδεκτό	Ομοιόμορφο βάθος
Ελαστικότητα	Αποδεκτό	Υψηλή
Επιφάνεια	Αποδεκτό	Επίπεδη

Στέλεχος αναφοράς	Αντιβιοτικό	Αποτέλεσμα	Προδιαγραφή Ζώνης Αναστολής (mm)	Μεθοδολογία
<i>S. aureus</i> ATCC®25923 36°C 24 hrs	Amoxicillin / Clavulanic Acid	Αποδεκτό	28 – 36	Σύμφωνα με ISO/TS 16782
	Erythromycin	Αποδεκτό	22 – 30	
	Gentamicin	Αποδεκτό	19 – 27	
<i>S. aureus</i> ATCC®29213 36°C 24 hrs	Ciprofloxacin	Αποδεκτό	21 – 27	Σύμφωνα με ISO/TS 16782
	Tetracycline	Αποδεκτό	23 – 31	

ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α.Φ.Μ.: 094178060, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Γ.Ε.ΜΗ.: 00386501000,
Θερμοπυλών 4, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 68 54 400, Fax: 210 68 58 303
<http://www.arnaoutis.gr>, e-mail: info@arnaoutis.gr
Αρ. Μητρώου Παραγωγών (ΑΜΠ): 7985

Στέλεχος αναφοράς (Συνεχόμενος)	Αντιβιοτικό (Συνεχόμενος)	Αποτέλεσμα (Συνεχόμενος)	Προδιαγραφή Ζώνης Αναστολής (mm) (Συνεχόμενος)	Μεθοδολογία (Συνεχόμενος)
<i>E. faecalis</i> ATCC®29212 36°C 24 hrs	Imipenem	Αποδεκτό	24 – 30	Σύμφωνα με ISO/TS 16782
	Nitrofurantoin	Αποδεκτό	18 – 24	
	Trimethoprim / Sulphamethoxazole	Αποδεκτό	26 – 34	
	Vancomycin	Αποδεκτό	10 – 16	
<i>E. coli</i> ATCC®25922 36°C 24 hrs	Amoxycillin / Clavulanic Acid	Αποδεκτό	18 – 24	Σύμφωνα με ISO/TS 16782
	Gentamicin	Αποδεκτό	19 – 26	
	Tetracycline	Αποδεκτό	18 – 25	
	Trimethoprim / Sulphamethoxazole	Αποδεκτό	23 – 29	
<i>P. aeruginosa</i> ATCC®27853 36°C 24 hrs	Ciprofloxacin	Αποδεκτό	25 – 33	Σύμφωνα με ISO/TS 16782
	Gentamicin	Αποδεκτό	17 – 23	
<i>S. aureus</i> ATCC®43300 36°C 24 hrs	Cefoxitin	Αποδεκτό	14 – 20	Σύμφωνα με ISO/TS 16782
<i>E. coli</i> ATCC®35218 36°C 24 hrs	Amoxycillin / Clavulanic Acid	Αποδεκτό	17 – 22	Σύμφωνα με ISO/TS 16782
	Ampicillin / Sulbactam	Αποδεκτό	13 – 19	
	Ceftolozan / Tazobactam	Αποδεκτό	25 – 31	
	Piperacillin / Tazobact	Αποδεκτό	21 – 27	

Στέλεχος αναφοράς (Συνεχόμενος)	Αντιβιοτικό (Συνεχόμενος)	Αποτέλεσμα (Συνεχόμενος)	Προδιαγραφή Ζώνης Αναστολής (mm) (Συνεχόμενος)	Μεθοδολογία (Συνεχόμενος)
<i>K. pneumoniae</i> ATCC®700603 36°C 24 hrs	Ceftazidime / Avibactam	Αποδεκτό	18 – 24	Σύμφωνα με ISO/TS 16782
	Ceftolozan / Tazobactam	Αποδεκτό	17 – 25	
	Piperacillin / Tazobact	Αποδεκτό	14 – 20	
Έλεγχος επιμολύνσεων	Αποδεκτό	Εντός αποδεκτών ορίων	Σύμφωνα με το EN ISO 12322:1999 και δειγματοληψία σύμφωνα με το ISO 2859-1	Έλεγχος επιμολύνσεων

Πιστοποιητικό εργαστηρίου αναφοράς υπ' αριθμόν: 190304 26


Η παραγωγή του προϊόντος έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015.

Ο έλεγχος ποιότητας του τελικού προϊόντος (έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών και Οι μικροβιολογικές αναλύσεις) διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12322:1999 και EN ISO 11133:2014, σε εργαστήριο διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ σε μικροβιολογικές Αναλύσεις.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα προέρχονται από τον έλεγχο αντιπροσωπευτικού δείγματος της παρτίδας ο οποίος διενεργήθηκε πριν την απελευθέρωση της παρτίδας.

Ημερομηνία: 24/03/2026

Υπογραφή:



Όνοματεπώνυμο: Άγγελος Βύρων Αρναούτης

Θέση: Δ/νων Σύμβουλος

ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.
 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 Α.Φ.Μ.: 094178060, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Γ.Ε.ΜΗ.: 00386501000,
 Θερμοπυλών 4, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 68 54 400, Fax: 210 68 58 303
<http://www.arnaoutis.gr>, e-mail: info@arnaoutis.gr
 Αρ. Μητρώου Παραγωγών (ΑΜΠ): 7985