



### **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**

Περιγραφή	Columbia Blood Agar with Horse Blood 90mm 1 x 10
Κωδικός	700-A0041BX
Αριθμός Παρτίδας	261082
Ημερομηνία Παραγωγής	23/03/2026
Ημερομηνία Λήξης	18/05/2026

<b>Φυσικά Χαρακτηριστικά</b>	<b>Αποτέλεσμα</b>	<b>Προδιαγραφή</b>
Χρώμα - εμφάνιση	αποδεκτό	Αδιαφανές κόκκινο
pH (25°C)	7,1	7,1 – 7,5
Ποσότητα Διαμοιρασμού	αποδεκτό	20 ± 2 gr
Ομοιομορφία Κατανομής	αποδεκτό	ομοιόμορφο βάθος
Ελαστικότητα	αποδεκτό	υψηλή
Επιφάνεια	αποδεκτό	επίπεδη

<b>Παράμετρος</b>	<b>Αποτέλεσμα</b>	<b>Προδιαγραφή</b>	<b>Μεθοδολογία</b>
<i>E. coli</i> ATCC®25922 36°C / 24 hrs	αποδεκτό	καλή ανάπτυξη λευκές / γκρι αποικίες	παράλληλων γραμμών (streaking)
<i>S. aureus</i> ATCC®25923 36°C / 24 hrs	αποδεκτό	καλή ανάπτυξη λευκές / γκρι αποικίες	παράλληλων γραμμών (streaking)
<i>P. aeruginosa</i> ATCC®9027 36°C / 24 hrs	αποδεκτό	καλή ανάπτυξη γκρι γυαλιστερές αποικίες	παράλληλων γραμμών (streaking)
<i>S. pyogenes</i> ATCC®19615 36°C / 24 hrs	αποδεκτό	καλή ανάπτυξη απαλές κίτρινες αποικίες β-αιμόλυση	παράλληλων γραμμών (streaking)

Σελίδα 1 από 2



Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Προδιαγραφή	Μεθοδολογία
<i>S. aureus ssp aureus</i> ATCC®6538 36°C / 24 hrs	αποδεκτό	καλή ανάπτυξη κίτρινες αποικίες β-αιμόλυση	παράλληλων γραμμών (streaking)
<i>S. pneumoniae</i> ATCC®6305 36°C / 48 hrs	αποδεκτό	καλή ανάπτυξη γκρι / πράσινες αποικίες α-αιμόλυση	παράλληλων γραμμών (streaking)
Έλεγχος επιμολύνσεων	αποδεκτό	εντός αποδεκτών ορίων	σύμφωνα με το EN ISO 12322:1999 και δειγματοληψία σύμφωνα με το ISO 2859-1

Αριθμός Πιστοποιητικού Ελέγχου Εργαστηρίου Αναφοράς: 240306 26

Η παραγωγή του προϊόντος έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015.

Ο έλεγχος ποιότητας του τελικού προϊόντος (έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών και οι μικροβιολογικές αναλύσεις) διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12322:1999 και EN ISO 11133:2014, σε εργαστήριο διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ σε Μικροβιολογικές Αναλύσεις.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα προέρχονται από τον έλεγχο αντιπροσωπευτικού δείγματος της παρτίδας ο οποίος διενεργήθηκε πριν την απελευθέρωση της παρτίδας.

**Ημερομηνία:** 31/03/2026

**Υπογραφή:**

**Όνοματεπώνυμο:** Άγγελος - Βύρων Αρναούτης

**Θέση:** Δ/νων Σύμβουλος

Σελίδα 2 από 2