



## **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Περιγραφή            | Mueller-Hinton Agar 120x120 mm 1x5 |
| Κωδικός              | 700-C0010WV                        |
| Αριθμός Παρτίδας     | 261106                             |
| Ημερομηνία Παραγωγής | 16/04/2026                         |
| Ημερομηνία Λήξης     | 09/07/2026                         |

| <b>Φυσικά Χαρακτηριστικά</b> | <b>Αποτέλεσμα</b> | <b>Προδιαγραφή</b> |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Χρώμα - εμφάνιση             | Αποδεκτό          | Διαυγές κίτρινο    |
| pH (25°C)                    | 7,3               | 7,2 - 7,4          |
| Ποσότητα διαμοιρασμού        | Αποδεκτό          | 25 ± 2 gr          |
| Ομοιομορφία Κατανομής        | Αποδεκτό          | Ομοιόμορφο βάθος   |
| Ελαστικότητα                 | Αποδεκτό          | Υψηλή              |
| Επιφάνεια                    | Αποδεκτό          | Επίπεδη            |

| <b>Στέλεχος αναφοράς</b>                      | <b>Αντιβιοτικό</b>                     | <b>Αποτέλεσμα</b> | <b>Προδιαγραφή Ζώνης Αναστολής (mm)</b> | <b>Μεθοδολογία</b>         |
|---|--|-------------------|---|----------------------------|
| <i>S. aureus</i><br>ATCC®25923<br>36°C 24 hrs | Amoxicillin / Clavulanic Acid (AMC 30) | Αποδεκτό          | 28 – 36                                 | Σύμφωνα με<br>ISO/TS 16782 |
|   | Ampicillin / Sulbactam (SAM 20)        | Αποδεκτό          | 29 – 37                                 |                            |
|   | Cefoxitin (FOX 30)                     | Αποδεκτό          | 23 – 29                                 |                            |
|   | Ciprofloxacin (CIP 5)                  | Αποδεκτό          | 22 – 30                                 |                            |
|   | Gentamicin (CN 10)                     | Αποδεκτό          | 19 – 27                                 |                            |
|   | Erythromycin (E 15)                    | Αποδεκτό          | 22 – 30                                 |                            |
|   | Linezolid (LZD 30)                     | Αποδεκτό          | 25 – 32                                 |                            |
|   | Tetracycline (TE 30)                   | Αποδεκτό          | 24 – 30                                 |                            |

Σελίδα 1 από 4

### **ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
Α.Φ.Μ.: 094178060, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Γ.Ε.ΜΗ.: 386501000,  
Θερμοπυλών 4, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 68 54 400, Fax: 210 68 58 303  
<http://www.arnaoutis.gr>, e-mail: [info@arnaoutis.gr](mailto:info@arnaoutis.gr)  
Αρ. Μητρώου Παραγωγών (ΑΜΠ): 7985



| <b>Στέλεχος αναφοράς</b><br>(Συνεχόμενος)       | <b>Αντιβιοτικό</b><br>(Συνεχόμενος)       | <b>Αποτέλεσμα</b><br>(Συνεχόμενος) | <b>Προδιαγραφή Ζώνης Αναστολής (mm)</b><br>(Συνεχόμενος) | <b>Μεθοδολογία</b><br>(Συνεχόμενος) |
|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <i>S. aureus</i><br>ATCC®29213<br>36°C 24 hrs   | Cefoxitin (FOX 30)                        | Αποδεκτό                           | 24 – 30  | Σύμφωνα με<br>ISO/TS 16782          |
|   | Ciprofloxacin (CIP 5)                     | Αποδεκτό                           | 21 – 27  |                                     |
|   | Erythromycin (E 15)                       | Αποδεκτό                           | 23 – 29  |                                     |
|   | Gentamycin (CN 10)                        | Αποδεκτό                           | 19 – 25  |                                     |
|   | Linezolid (LZD 10)                        | Αποδεκτό                           | 21 – 27  |                                     |
|   | Tetracycline (TE 30)                      | Αποδεκτό                           | 23 – 31  |                                     |
| <i>E. faecalis</i><br>ATCC®29212<br>36°C 24 hrs | Ampicillin (AMP 2)                        | Αποδεκτό                           | 15 – 21  | Σύμφωνα με<br>ISO/TS 16782          |
|   | Imipenem (IPM 10)                         | Αποδεκτό                           | 24 – 30  |                                     |
|   | Linezolid (LZD 10)                        | Αποδεκτό                           | 19 – 25  |                                     |
|   | Nitrofurantoin (F 100)                    | Αποδεκτό                           | 18 – 24  |                                     |
|   | Trimethoprim (W 5)                        | Αποδεκτό                           | 24 – 32  |                                     |
|   | Trimethoprim / Sulphamethoxazole (SXT 25) | Αποδεκτό                           | 26 – 34  |                                     |
| <i>E. coli</i><br>ATCC®25922<br>36°C 24 hrs     | Amoxicillin / Clavulanic Acid (AMC 30)    | Αποδεκτό                           | 18 – 24  | Σύμφωνα με<br>ISO/TS 16782          |
|   | Ampicillin (AMP 10)                       | Αποδεκτό                           | 15 – 22  |                                     |
|   | Cefotaxime (CTX 5)                        | Αποδεκτό                           | 25 – 31  |                                     |
|   | Chloramphenicol (C 30)                    | Αποδεκτό                           | 21 – 27  |                                     |
|   | Ciprofloxacin (CIP 5)                     | Αποδεκτό                           | 30 – 40  |                                     |
|   | Gentamicin                                | Αποδεκτό                           | 19 – 26  |                                     |
|   | Tetracycline                              | Αποδεκτό                           | 18 – 25  |                                     |
|   | Tigecycline (TGC 15)                      | Αποδεκτό                           | 20 – 27  |                                     |
|   | Trimethoprim / Sulphamethoxazole          | Αποδεκτό                           | 23 – 29  |                                     |



| <b>Στέλεχος αναφοράς</b><br>(Συνεχόμενος)          | <b>Αντιβιοτικό</b><br>(Συνεχόμενος)    | <b>Αποτέλεσμα</b><br>(Συνεχόμενος) | <b>Προδιαγραφή Ζώνης Αναστολής (mm)</b><br>(Συνεχόμενος) | <b>Μεθοδολογία</b><br>(Συνεχόμενος)  |
|--|--|------------------------------------|--|--|
| <i>P. aeruginosa</i><br>ATCC®27853<br>36°C 24 hrs  | Aztreonam (ATM 30)                     | Αποδεκτό                           | 23 – 29  | Σύμφωνα με ISO/TS 16782  |
|  | Ceftazidime (CAZ 10)                   | Αποδεκτό                           | 21 – 27  |  |
|  | Ciprofloxacin (CIP 5)                  | Αποδεκτό                           | 25 – 33  |  |
|  | Gentamicin (CN 10)                     | Αποδεκτό                           | 17 – 23  |  |
|  | Imipenem (IPM 10)                      | Αποδεκτό                           | 20 – 28  |  |
|  | Piperacillin / Tazobactam (TZP 36)     | Αποδεκτό                           | 23 – 29  |  |
|  | Tobramycin (TOB 10)                    | Αποδεκτό                           | 20 – 26  |  |
| <i>S. aureus</i><br>ATCC®43300<br>36°C 24 hrs      | Cefoxitin (FOX 30)                     | Αποδεκτό                           | 14 – 20  | Σύμφωνα με ISO/TS 16782  |
| <i>E. coli</i><br>ATCC®35218<br>36°C 24 hrs        | Amoxicillin / Clavulanic Acid (AMC 30) | Αποδεκτό                           | 17 – 22  | Σύμφωνα με ISO/TS 16782  |
|  | Ampicillin / Sulbactam (SAM 20)        | Αποδεκτό                           | 13 – 19  |  |
|  | Piperacillin / Tazobact (TZP 36)       | Αποδεκτό                           | 21 – 27  |  |
| <i>K. pneumoniae</i><br>ATCC®700603<br>36°C 24 hrs | Ceftazidime / Avibactam (CZA 14)       | Αποδεκτό                           | 18 – 24  | Σύμφωνα με ISO/TS 16782  |
|  | Piperacillin / Tazobact (TZP 36)       | Αποδεκτό                           | 14 – 20  |  |
| Έλεγχος επιμόλυνσης                                | Δ / Ο                                  | Αποδεκτό                           | Δ / Ο  | Σύμφωνα με το EN ISO 12322:1999 και δειγματοληψία σύμφωνα με το ISO 2859-1 |



Πιστοποιητικό εργαστηρίου αναφοράς υπ' αριθμόν 220401 26

Η παραγωγή του προϊόντος έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015.

Ο έλεγχος ποιότητας του τελικού προϊόντος (έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών και Οι μικροβιολογικές αναλύσεις) διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12322:1999 και EN ISO 11133:2014, σε εργαστήριο διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ σε μικροβιολογικές Αναλύσεις. Τα ανωτέρω αποτελέσματα προέρχονται από τον έλεγχο αντιπροσωπευτικού δείγματος της παρτίδας ο οποίος διενεργήθηκε πριν την απελευθέρωση της παρτίδας.

**Ημερομηνία:** 28/04/2026

**Υπογραφή:**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angelos - Byron Arnaoutis', written over a faint, illegible stamp or background.

**Όνοματεπώνυμο:** Άγγελος - Βύρων Αρναούτης

**Θέση:** Υπεύθυνος Επιστήμονας προϊόντων εργαστηρίου παρασκευής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων