



### **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Περιγραφή            | Sabouraud Dextrose Agar w Chloramphenicol and Gentamycin 90mm 1x10 |
| Κωδικός              | 700-A0165WX                                                        |
| Αριθμός Παρτίδας     | 262023                                                             |
| Ημερομηνία Παραγωγής | 23/01/2026                                                         |
| Ημερομηνία Λήξης     | 15/05/2026                                                         |

| Φυσικά Χαρακτηριστικά | Αποτέλεσμα | Προδιαγραφή      |
|-----------------------|------------|------------------|
| Χρώμα - εμφάνιση      | αποδεκτό   | Υπόχρωμο κίτρινο |
| pH (25°C)             | 6,4        | 6,2 – 6,6        |
| Ποσότητα Διαμοιρασμού | αποδεκτό   | 20 ± 2 gr        |
| Ομοιομορφία Κατανομής | αποδεκτό   | ομοιόμορφο βάθος |
| Ελαστικότητα          | αποδεκτό   | υψηλή            |
| Επιφάνεια             | αποδεκτό   | επίπεδη          |

| Παράμετρος                                                                    | Αποτέλεσμα | Προδιαγραφή                      | Μεθοδολογία                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i><br><i>ssp aureus</i><br>ATCC®6538<br>25 °C / 72h | αποδεκτό   | Πλήρης αναστολή                  | παράλληλων γραμμών<br>(streaking) |
| <i>Enterococcus faecalis</i><br>ATCC®29212<br>25 °C / 72h                     | αποδεκτό   | Πλήρης αναστολή                  | παράλληλων γραμμών<br>(streaking) |
| <i>Escherichia coli</i><br>ATCC®25922<br>25 °C / 72h                          | αποδεκτό   | Πλήρης αναστολή                  | παράλληλων γραμμών<br>(streaking) |
| <i>Candida albicans</i><br>ATCC®10231<br>25 °C / 72h                          | αποδεκτό   | καλή ανάπτυξη<br>Λευκές αποικίες | παράλληλων γραμμών<br>(streaking) |

### **ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
Α.Φ.Μ.: 094178060, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Γ.Ε.ΜΗ.: 386501000,  
Θερμοπυλών 4, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 68 54 400, Fax: 210 68 58 303  
<http://www.arnaoutis.gr>, e-mail: [info@arnaoutis.gr](mailto:info@arnaoutis.gr)  
Αρ. Μητρώου Παραγωγών (ΑΜΠ): 7985



| Παράμετρος                                                    | Αποτέλεσμα | Προδιαγραφή           | Μεθοδολογία                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Aspergillus brasiliensis</i><br>ATCC® 16404<br>25 °C / 72h | αποδεκτό   | Ανάπτυξη              | παράλληλων γραμμών<br>(streaking)                                                   |
| <i>Trichophyton rubrum</i><br>ATCC® 28188<br>25 °C / 72h      | αποδεκτό   | Ανάπτυξη              | παράλληλων γραμμών<br>(streaking)                                                   |
| Έλεγχος<br>επιμολύνσεων                                       | αποδεκτό   | εντός αποδεκτών ορίων | σύμφωνα με το EN ISO<br>12322:1999 και<br>δειγματοληψία σύμφωνα<br>με το ISO 2859-1 |

Αριθμός Πιστοποιητικού Ελέγχου Εργαστηρίου Αναφοράς: 300104 26

Η παραγωγή του προϊόντος έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.  
σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015.

Ο έλεγχος ποιότητας του τελικού προϊόντος (έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών και οι  
микροβιολογικές αναλύσεις) διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12322:1999 και EN ISO  
11133:2014, σε εργαστήριο διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ σε Μικροβιολογικές Αναλύσεις.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα προέρχονται από τον έλεγχο αντιπροσωπευτικού δείγματος της  
παρτίδας ο οποίος διενεργήθηκε πριν την απελευθέρωση της παρτίδας.

**Ημερομηνία:** 09/02/2026

**Υπογραφή:**

**Ονοματεπώνυμο:** Άγγελος - Βύρων Αρναούτης

**Θέση:** Δ/νων Σύμβουλος

Σελίδα 2 από 2

**ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.**  
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
Α.Φ.Μ.: 094178060, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Γ.Ε.ΜΗ.: 386501000,  
Θερμοπυλών 4, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 68 54 400, Fax: 210 68 58 303  
<http://www.arnaoutis.gr>, e-mail: [info@arnaoutis.gr](mailto:info@arnaoutis.gr)  
Αρ. Μητρώου Παραγωγών (ΑΜΠ): 7985