



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Περιγραφή	Sabouraud Dextrose Agar w Chloramphenicol 90mm 1x10
Κωδικός	700-A0163WX
Αριθμός Παρτίδας	263035
Ημερομηνία Παραγωγής	04/02/2026
Ημερομηνία Λήξης	29/04/2026

Φυσικά Χαρακτηριστικά	Αποτέλεσμα	Προδιαγραφή
Χρώμα - εμφάνιση	αποδεκτό	Υπόχρωμο κίτρινο
pH (25°C)	5,4	5,2 – 5,6
Ποσότητα Διαμοιρασμού	αποδεκτό	20 ± 2 gr
Ομοιομορφία Κατανομής	αποδεκτό	ομοιόμορφο βάθος
Ελαστικότητα	αποδεκτό	υψηλή
Επιφάνεια	αποδεκτό	επίπεδη

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Προδιαγραφή	Μεθοδολογία
<i>Staphylococcus aureus</i> <i>ssp aureus</i> ATCC®6538 25 °C / 72h	αποδεκτό	Πλήρης αναστολή	παράλληλων γραμμών (streaking)
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC®29212 25 °C / 72h	αποδεκτό	Πλήρης αναστολή	παράλληλων γραμμών (streaking)
<i>Escherichia coli</i> ATCC®25922 25 °C / 72h	αποδεκτό	Πλήρης αναστολή	παράλληλων γραμμών (streaking)
<i>Candida albicans</i> ATCC®10231 25 °C / 72h	αποδεκτό	καλή ανάπτυξη Λευκές αποικίες	παράλληλων γραμμών (streaking)

ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α.Φ.Μ.: 094178060, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Γ.Ε.ΜΗ.: 386501000,
Θερμοπυλών 4, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 68 54 400, Fax: 210 68 58 303
<http://www.arnaoutis.gr>, e-mail: info@arnaoutis.gr
Αρ. Μητρώου Παραγωγών (ΑΜΠ): 7985



Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Προδιαγραφή	Μεθοδολογία
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC® 16404 25 °C / 72h	αποδεκτό	Ανάπτυξη	παράλληλων γραμμών (streaking)
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC® 28188 25 °C / 72h	αποδεκτό	Ανάπτυξη	παράλληλων γραμμών (streaking)
Έλεγχος επιμολύνσεων	αποδεκτό	εντός αποδεκτών ορίων	σύμφωνα με το EN ISO 12322:1999 και δειγματοληψία σύμφωνα με το ISO 2859-1

Αριθμός Πιστοποιητικού Ελέγχου Εργαστηρίου Αναφοράς: 060212 26

Η παραγωγή του προϊόντος έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.
σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015.

Ο έλεγχος ποιότητας του τελικού προϊόντος (έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών και οι
μικροβιολογικές αναλύσεις) διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12322:1999 και EN ISO
11133:2014, σε εργαστήριο διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ σε Μικροβιολογικές Αναλύσεις.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα προέρχονται από τον έλεγχο αντιπροσωπευτικού δείγματος της
παρτίδας ο οποίος διενεργήθηκε πριν την απελευθέρωση της παρτίδας.

Ημερομηνία: 12/02/2026

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο: Άγγελος - Βύρων Αρναούτης

Θέση: Δ/νων Σύμβουλος

Σελίδα 2 από 2